

CO CIPKEBIP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI90147502
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984
www.cipkebib.org

Številka: 18-2011
Datum: 14.11.2011

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku za
nakup »Čitalca mikrotiterskih ploščic«

Na podlagi Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, Uradni list RS, št. 16/08, 34/08, Uradni list Evropske unije, št. 314/09, Uradni list RS, št. 19/10 in 18/2011), v skladu s 25. členom ZJN-2 in na podlagi Sklepa o začetku oddaje javnega naročila z dne 3.11.2011, vas vabimo k oddaji ponudbe na javni razpis po odprtem postopku za dobavo Čitalca mikrotiterskih ploščic.

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša brez davka na dodano vrednost 55.200,00 EUR.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na internetnem naslovu: <http://www.cipkebib.org/> .

Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2 pred odpiranjem ponudb kadarkoli ustavi postopek javnega naročanja ali po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe.

1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je nakup **Čitalca mikrotiterskih ploščic**.

2. Popolna ponudba

Popolna ponudba mora vsebovati:

- a) Izpolnjene in podpisane podatke o ponudniku **Obrazec A**
- b) Izpolnjen in podpisan predračun **Obrazec B**
- c) Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev **Obrazec C**
- d) Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju tehničnih pogojev **Obrazec D**
- e) Izpolnjeno in podpisano izjavo o odzivnem času za servis **Obrazec E**
- f) Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun in S.BON-1/P **Obrazec F** s prilogo F1 in F2
- g) Garancija za resnost ponudbe **Obrazec G**
- h) Izjava banke **Obrazec H**
- i) Sodelovanje ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih **Priloga št. 1**

- j) Izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe **Priloga št. 2**

K obrazcu F mora ponudnik obvezno priložiti dve prilogi:

- Priloga F1: Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun
- Priloga F2: S.BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev).

Ponudnik daje bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% skupne ponudbene cene brez DDV z veljavnostjo ponudbe do 31.1.2012 (Obrazec G).

Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Ponudnik mora predložiti Izjavo banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Obrazec H).

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu in zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci morajo biti podpisani in opremljeni z žigom. Priložite **tudi nevezano kopijo celotne ponudbe**.

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje (kar dokazuje z izjavo – Obrazec C):

1. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti.
2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika, v kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj določenih v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2.
4. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz 1., 2. in 3. odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št. 8/04).
5. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in zoper njega ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Kot dokazilo prilaga ponudnik izpolnjen in podpisan obrazec F.
6. Član posloводства, nadzornega organa ali zastopnik ponudnika, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročila ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član posloводства ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začel stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.
7. Ponudnik nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno zavarovanje in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

8. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. člen ZJN-2).
9. Ponudnik je skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno sposoben izvesti predmetno naročilo.
10. Ponudnik ni uvrščen na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance.
11. Ponudniku ni bila izrečena stranska kazen prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – ZOPOKD – UPB1 in 65/08).

Ostali pogoji:

- a) Cene iz predračuna morajo biti veljavne ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
- b) Vse cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena vključno s stroški prevoza, s funkcionalno postavitvijo opreme in usposabljanjem uporabnikov. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.
- c) Ponudba mora veljati vsaj 3 mesecev.
- d) Čas dobave ne sme biti daljši od 60 dni od podpisa pogodbe.
- e) Instalacija in kalibracija instrumenta: Mora biti vključena v ceno nabave. Ponudnik mora zagotoviti strokovno instalacijo ter kalibracijo instrumenta.
- f) Uvodno izobraževanje in spletna podpora: Ponudnik mora zagotoviti uvodno izobraževanje na instrumentu po instalaciji. Ponudnik mora zagotoviti brezplačno spletno strokovno podporo za vprašanja v zvezi z instrumentom in aplikacijami.
- g) Servis: Ponudnik mora zagotoviti s strani proizvajalca pooblaščen servis, odzivni čas mora biti 24 ur ali manj v času delavnikov. Ponudnik naj definira obdobje servisnih intervalov za redno vzdrževanje instrumenta.
- h) Garancija: Ponudnik mora podati natančne podatke o garanciji in tudi natančne določbe v zvezi z veljavnostjo in uveljavljanjem garancije. Sama garancijsko obdobje ne sme trajati manj kot 12 mesecev.

3. Tehnične zahteve

Multifunkcijski bralec mikrotiterskih plošč mora omogočati detekcijo absorbance, fluorescence in luminescence na bioloških vzorcih (makromolekule, male molekule, celice). Oprema vključuje tudi računalnik in potrebno programsko opremo za upravljanje z sistemom.

Tehnične zahteve naročnika, ki jih mora izpolnjevati predmet javnega naročila, so sledeče:

A. Splošne zahteve:

- a) sistem mora podpirati naslednje detekcijske metode:
 - absorbanca,
 - fluorescenca (vključno s FRET in TRF),
 - luminescenca.
- b) možnost nadgradnje z modulom za fluorescenčno polarizacijo,
- c) možnost nadgradnje z modulom za AlphaScreen/AlphaLISA,
- d) ekscitacijski modul: monokromator,
- e) emisijski modul: monokromator,
- f) podpirati mora naslednje formate plošč:

- 6-1536-mestne plošče v vseh načinih meritev (absorbanca, fluorescenca, luminiscenca),
 - plošča za nano kvantifikacijo DNA/RNA/proteinov (volumen vzorcev 2 μ l).
- g) delovno območje v temperaturnem obsegu od 4 °C nad sobno T do 42 °C,
h) omogočati mora stresanje: linearno, orbitalno, z nastavljivo amplitudo,
i) možnost integracije na platformo za avtomatsko pipetiranje,
j) možnost nadgradnje s čitalcem črtna kode in aparatom za avtomatsko podajanje in shranjevanje plošč.

B. Zahteve glede absorbance

- a) merilno območje: 230 – 1000 nm,
- b) minimalna zahtevana pasovna širina 5 nm, fiksna na celotnem območju,
- c) merilno območje OD: 0 – 4 OD,
- d) linearnost OD: 0 – 2 OD: $R^2 \geq 0,999$,
- e) natančnost OD: 0 – 2 OD: $\leq \pm (1 \% + 6 \text{ mOD})$,
- f) ponovljivost OD: 0 – 2 OD: $\leq \pm (0.5 \% + 5 \text{ mOD})$,
- g) natančnost valovne dolžine ± 0.3 nm (monokromatorji),
- h) največja hitrost merjenja cele plošče:
 - 96-mestna plošča 11 s ali manj,
 - 384-mestna plošča 15 s ali manj,
 - 1536-mestna plošča 19 s ali manj.

C. Zahteve glede fluorescence

- a) ekscitacijsko območje: 230 – 850 nm,
- b) emisijsko območje: 280 – 850 nm,
- c) pasovna širina: ≤ 300 nm: 2.5 – 10 nm; > 300 nm: 5 – 20 nm,
- d) natančnost valovne dolžine: ≤ 300 nm: ± 0.5 nm; > 300 nm: ± 1 nm (monokromatorji),
- e) občutljivost fluorescenca zgoraj: vsaj 25 amol/luknjico fluorescein (Greiner® 384-well low volume black plate; 10 μ l),
- f) občutljivost fluorescenca spodaj: vsaj 0.6 fmol/luknjico fluorescein (Greiner® 96-well SensoPlate™; 200 μ l),
- g) možnost kinetičnih meritev emisijskega spektra z definirano časovno skalo,
- h) največja hitrost merjenja cele plošče:
 - 96-mestna plošča 17 s ali manj,
 - 384-mestna plošča 24 s ali manj,
 - 1536-mestna plošča 35 s ali manj.

D. Zahteve glede luminescence

- a) občutljivost luminescenca »Glow«: 225 amol/luknjico ATP ali manj (Greiner 384-well low volume white plate; 25 μ l),
- b) občutljivost luminescenca »Flash«: 12 amol/luknjico ATP ali manj (Greiner 384-well white plate; 55 μ l),
- c) možnost skeniranja emisijskega spektra.

E. Injektor

- a) nastavljivi volumen injiciranja s koraki po 1 μ l,
- b) hitrost črpalke: 100 – 300 μ l/s,
- c) mrtvi volumen: 100 μ l.

F. Programsko okolje

- a) omogoča naj enostavno in hitro osvojljivo programsko okolje za upravljanje z instrumentom,
- b) okolje vsebuje tudi napredno programsko opremo za upravljanje z instrumentom ter evalvacijo in obdelavo izmerjenih podatkov,
- c) možnost neposrednega izvoza podatkov v program Microsoft Excel,
- d) pisna navodila za uporabo instrumenta in programske opreme.

G. Izobraževanje

- a) ponudnik mora zagotoviti uvodno izobraževanje na instrumentu po instalaciji,
- b) ponudnik mora zagotoviti brezplačno spletno strokovno podporo za vprašanja v zvezi z instrumentom in aplikacijami.

H. Servis

- a) ponudnik mora zagotoviti s strani proizvajalca pooblaščen servis, odzivni čas mora biti 24 ur ali manj v času delavnikov,
- b) ponudnik naj definira obdobje servisnih intervalov za redno vzdrževanje instrumenta.

I. Drugo

- a) instalacija in kalibracija instrumenta: Mora biti vključena v ceno nabave. Ponudnik mora zagotoviti strokovno instalacijo instrumenta ter njegovo kalibracijo,
- b) garancija: Ponudnik mora podati natančne podatke o garanciji in tudi natančne določbe v zvezi z veljavnostjo in uveljavljanjem garancije. Garancijsko obdobje ne sme trajati manj kot 12 mesecev.

4. Kriteriji za izbiro in sklenitev pogodbe

Naročnik bo izločil ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev naročnika, navedenih v 2. (Popolna ponudba) in 3. točki (Tehnične zahteve) in jih ne bo ocenjeval. Naročnik ima pravico ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave, v kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji.

Ponudbena cena mora biti izražena v evrih in ne sme preseči **69.000,00 EUR**, vključno z DDV. Vse posamezne postavke cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena, vključno s stroški prevoza, s funkcionalno postavitvijo opreme in usposabljanjem uporabnikov. Popust in DDV morajo biti prikazani ločeno.

Naročnik ne dopušča predložitve variantnih ponudb.

Merilo za izbor najustreznejšega ponudnika je cena. Ob izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev naročnika bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno z vključenim DDV in ceno brez DDV.

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najugodnejšo ceno, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil najkrajši dobavni rok.

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-2.

Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v 3 delovnih dneh po sprejemu odločitve naročnika. Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.

Rok plačila je 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

5. Način in rok oddaje ponudbe

Ponudbe z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami morajo biti oddane v zaprti ovojnici osebno (dr. Livija Tušar) ali po pošti na naslov:

CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti vidna oznaka **NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU – Številka naročila: 18-2011**

Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja, njegova telefonska številka in elektronski naslov.

Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno **2.12.2011 do 10.00 ure** ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

Nepravočasno prispеле in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Vloge so lahko napisane v slovenskem ali v angleškem jeziku, finančni del pa mora biti prikazan v evrih.

6. Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: <http://www.enarocanje.si>.

Ponudniki lahko v pisni obliki na zgornji naslov zahtevajo dodatna pojasnila do **30.11.2011 do 10.00 ure**. Naročnik bo posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

7. Dopolnitve in spremembe javnega naročila po odprtem postopku

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani (<http://www.cipkebiP.org/>) in na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

8. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo **2.12.2011 ob 10.30** uri na naslovu
CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Soba J422 (stavba J, 4. Nadstropje).

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

9. Garancije v zvezi z javnim naročilom

Vsi ponudniki so dolžni predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% skupne ponudbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo ponudbe. Naročnik bo vnovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru, da ponudnik umakne ponudbo po javnem odpiranju ponudb ali v primeru, da izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe v skladu z razpisnimi pogoji.

Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po sklenitvi pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla, ki je predmet tega razpisa.

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu primopredajnega zapisnika po opravljenem funkcionalnem prevzemu opreme predložiti bančno garancijo za odpravo napak v

garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati en dan več kot garancijski rok.

10. Obvestilo o oddaji

Obvestilo o oddaji javnega naročila bodo ponudniki prejeli predvidoma v roku 10 dni od roka za oddajo ponudbe.

11. Dodatne informacije

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

Pravni pouk:

Pravno varstvo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vložijo v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo se vložijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,

- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada,

ter mora priložiti:

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN na:

Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802

Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana,
Slovenija

SWIFT KODA: BS LJ SI 2X

IBAN: SI56 0110 0100 0358 802

Sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL

(XXXX je številka objave na portalu enarodjanje, LL sta zadnji cifri letnice).

Višina takse je 1500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo oz. 1 odstotek od vrednosti (z DDV) izbrane ponudbe za javno naročilo.

S spoštovanjem,

Dr. Livija Tušar
Poslovna direktorica

Priloge:

1. **Obrazec A** Podatki o ponudniku
2. **Obrazec B** Predračun
3. **Obrazec C** Izjava o izpolnjevanju pogojev
4. **Obrazec D** Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev
5. **Obrazec E** Izjava o odzivnem času za servis
6. **Obrazec F** Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun in S.BON-1/P s prilogo F1 in F2
7. **Obrazec G** Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe
8. **Obrazec H** Izjava banke
9. **Priloga št. 1** Sodelovanje ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih
10. **Priloga št. 2** Izpolnjen in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe

Obrazec A

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: **18-2011**

PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila po odprtem postopku je nakup **Čitalec mikrotiterskih ploščic.**

Podatki o ponudniku:

Naziv:	
Naslov:	
Zakoniti zastopnik:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):	
Številke transakcijskih računov:	
Odprtih pri banki/bankah:	
Kontaktna oseba:	
GSM kontaktne osebe:	
Številka telefona:	
Številka telefaksa:	
Elektronski naslov:	
Spletni naslov:	

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Žig in podpis ponudnika

Kraj in datum: _____

Obrazec C

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 18-2011

Ponudnik (podjetje): _____
Naslov _____

I Z J A V A o izpolnjevanju pogojev

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za sodelovanje:

Zap. št.	Pogoji	Izpolnjujemo (vpišite Da oz. Ne)
1	Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.	
2	Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.	
3	Izjavljamo, da nismo mi in ne naši zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj določenih v 1. In 2. odstavku 42. člena ZJN-2.	
4	Izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz 1., 2. in 3. odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št. 8/04).	
5	Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in zoper nas ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Kot dokazilo prilagamo izpolnjen in podpisan obrazec F.	
6	Izjavljamo, da član poslovodstva, nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročila ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začel stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.	
7	Izjavljamo, da nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno zavarovanje in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež ali določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji.	

8	Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. člen ZJN-2).	
9	Izjavljamo, da smo skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovske, terminsko in finančno sposobni izvesti predmetno naročilo.	
10	Izjavljamo tudi, da nismo uvrščeni na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance.	
11	Izjavljamo, da nam ni bila izrečena stranska kazen prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradni list RS, št. 98/04 – ZOPOKD – UPB1 in 65/08).	

Izjavljamo, da so vsi podatki, predloženi v tej ponudbi resnični, da predložena dokazila niso zavajajoča in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalom. Soglašamo, da naročnik vse podatke in dokazila preveri iz uradnih evidenc. Izjavljamo, da bomo na naročnikovo zahtevo za podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, predložili ustrezne originalne dokaze.

S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo in da sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo tudi, da do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

V _____, dne _____

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec D

Naročnik: CO CIPKeBIP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984
Številka razpisa: 18-2011

Ponudnik (podjetje): _____
Naslov: _____

I Z J A V A o izpolnjevanju tehničnih zahtev

Multifunkcijski bralec mikrotiterskih plošč mora omogočati detekcijo absorbance, fluorescence in luminescence na bioloških vzorcih (makromolekule, male molekule, celice). Oprema vključuje tudi računalnik in potrebno programsko opremo za upravljanje z sistemom.

Tehnične zahteve za nakup **Čitalca mikrotiterskih ploščic:**

Zap. Štev.	Tehnična oz. druga zahteva	Vrednost podatka, navedba predpisa, opis oz. obrazložitev zahteve	V katerem predloženem dokumentu in na katerem mestu je	Opomba
I.	II.	III.	IV.	V.
A	Splošne zahteve:			
a)	sistem mora podpirati naslednje detekcijske metode:			
-	absorbanca			
-	fluorescenca (vključno s FRET in TRF)			
-	luminescenca			
b)	Možnost nadgradnje z modulom za fluorescenčno polarizacijo			
c)	Možnost nadgradnje z modulom za AlphaScreen/AlphaLISA			
d)	Ekscitacijski modul: monokromator			
e)	Emisijski modul: monokromator			
f)	Podpirati mora naslednje formate plošč:			
-	6-1536-mestne plošče v vseh načinih meritev (absorbanca, fluorescenca, luminiscenca)			
-	plošča za nano kvantifikacijo DNA/RNA/proteinov (volumen vzorcev 2 µl)			
g)	Delovno območje v temperaturnem obsegu od 4 °C nad sobno T do 42 °C			
h)	Omogočati mora stresanje: linearno, orbitalno,			

	z nastavljivo amplitudo			
i)	Možnost integracije na platformo za avtomatsko pipetiranje			
j)	Možnost nadgradnje s čitalcem črtna kode in aparatom za avtomatsko podajanje in shranjevanje plošč			
B	Zahteve glede absorbance			
a)	Merilno območje: 230 – 1000 nm			
b)	Minimalna zahtevana pasovna širina 5 nm, fiksna na celotnem območju			
c)	Merilno območje OD: 0 – 4 OD			
d)	Linearnost OD: 0 – 2 OD: $R^2 \geq 0,999$			
e)	Natančnost OD: 0 – 2 OD: $\leq \pm (1 \% + 6 \text{ mOD})$			
f)	Ponovljivost OD: 0 – 2 OD: $\leq \pm (0.5 \% + 5 \text{ mOD})$			
g)	Natančnost valovne dolžine $\pm 0.3 \text{ nm}$ (monokromatorji)			
h)	Največja hitrost merjenja cele plošče:			
-	96-mestna plošča 11 s ali manj			
-	384-mestna plošča 15 s ali manj			
-	1536-mestna plošča 19 s ali manj			
C	Zahteve glede fluorescence			
a)	Ekscitacijsko območje: 230 – 850 nm			
b)	Emisijsko območje: 280 – 850 nm			
c)	Pasovna širina: $\leq 300 \text{ nm}$: 2.5 – 10 nm; $> 300 \text{ nm}$: 5 – 20 nm			
d)	Natančnost valovne dolžine: $\leq 300 \text{ nm}$: $\pm 0.5 \text{ nm}$; $> 300 \text{ nm}$: $\pm 1 \text{ nm}$ (monokromatorji)			
e)	Občutljivost fluorescenca zgoraj: vsaj 25 amol/luknjico fluorescein (Greiner® 384-well low volume black plate; 10 μl)			
f)	Občutljivost fluorescenca spodaj: vsaj 0.6 fmol/luknjico fluorescein (Greiner® 96-well SensoPlate™; 200 μl)			
g)	Možnost kinetičnih meritev emisijskega spektra z definirano časovno skalo			
h)	Največja hitrost merjenja cele plošče:			
-	96-mestna plošča 17 s ali manj			
-	384-mestna plošča 24 s ali manj			
-	1536-mestna plošča 35 s ali manj			
D	Zahteve glede luminescence			
a)	Občutljivost luminescenca »Glow«: 225 amol/luknjico ATP ali manj (Greiner 384-well low volume white plate; 25 μl)			
b)	Občutljivost luminescenca »Flash«: 12 amol/luknjico ATP ali manj (Greiner 384-well white plate; 55 μl)			
c)	Možnost skeniranja emisijskega spektra			
E	Injektor			
a)	Nastavljivi volumen injiciranja s koraki po 1 μl			
b)	Hitrost črpalke: 100 – 300 $\mu\text{l/s}$			
c)	Mrtvi volumen: 100 μl			

F	Programsko okolje			
a)	omogoča naj enostavno in hitro osvojljivo programsko okolje za upravljanje z instrumentom			
b)	okolje vsebuje tudi napredno programsko opremo za upravljanje z instrumentom ter evalvacijo in obdelavo izmerjenih podatkov			
c)	možnost neposrednega izvoza podatkov v program Microsoft Excel			
d)	pisna navodila za uporabo instrumenta in programske opreme			
G	Izobraževanje			
a)	Ponudnik mora zagotoviti uvodno izobraževanje na instrumentu po instalaciji.			
b)	Ponudnik mora zagotoviti brezplačno spletno strokovno podporo za vprašanja v zvezi z instrumentom in aplikacijami.			
H	Servis			
a)	Ponudnik mora zagotoviti s strani proizvajalca pooblaščen servis, odzivni čas mora biti 24 ur ali manj v času delavnikov.			
b)	Ponudnik naj definira obdobje servisnih intervalov za redno vzdrževanje instrumenta.			
I	Drugo			
a)	Instalacija in kalibracija instrumenta: Mora biti vključena v ceno nabave. Ponudnik mora zagotoviti strokovno instalacijo instrumenta ter njegovo kalibracijo.			
b)	Garancija: Ponudnik mora podati natančne podatke o garanciji in tudi natančne določbe v zvezi z veljavnostjo in uveljavljanjem garancije. Sama garancijsko obdobje ne sme trajati manj kot 12 mesecev.			

Navodila za izpolnjevanje tabele:

Pod zaporedne številke od **I.** do **III.** se navede naziv, model/tip in proizvajalca ponujenega proizvoda.

V koloni **III.** je potrebno za vsako točko oziroma zahtevo vpisati dejanski podatek oziroma navesti zahtevane predpise, standarde ipd. ali kratko obrazložiti posamezno zahtevo. Pri zahtevah, ki se dajo izraziti številčno je potrebno vpisati vrednost s številko, enoto, količino in ipd. Pri drugih podatkih pa je treba natančno opisati zahtevano lastnost ali vpisati »DA«, če je zahteva izpolnjena. V primeru, da ponudnik vpiše »NE«, pomeni, da ne izpolnjuje naročnikove zahteve.

V koloni **IV** je potrebno natančno navesti vrsto dokazila in kje v priloženi dokumentaciji (npr. v tehnični knjižici, v prilogi, poglavju, stran priložene dokumentacije) so podatki iz kolone **III** zabeleženi. Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, obkrožiti, markirati pid).

V koloni **V** lahko ponudnik vnese dodatne opombe/podatke v zvezi z zahtevanimi podatki v kolonah **III** in **IV**.

V _____, dne _____

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec E

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 18-2011

Ponudnik (podjetje): _____
Naslov _____

IZJAVA O ODZIVNEM ČASU ZA SERVIS

Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas za servis največ 24 ur po prejemu poziva naročnika.

Ta izjava je sestavni del prijave dobavitelja na razpis za nakup **Čitalca mikrotiterskih ploščic št. 18-2011.**

V _____, dne _____

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec F

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 18-2011

Ponudnik (podjetje): _____
Naslov _____

**Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun
in S.BON-1/P**

ki izkazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo prijave ni imel
blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih.

Obrazcu F je **obvezno potrebno priložiti prilogi:**

Priloga F1: potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun

Priloga F2: S.BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev).

Obrazec G

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Naslov upravičenca

Garancija št.....

V skladu z javnim razpisom z oznako **18-2011** za nakup **Čitalec mikrotiterskih ploščic** za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) za Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. Ponudnik je dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višiniEUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
 - ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevki za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevki za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
3. original Garancije št. /

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka
(žig in podpis)

Obrazec H

Izjava banke

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana z oznako 18-2011 za nakup **Čitalca mikrotiterskih ploščic**.

IZJAVLJAMO,

da bo naročnik garancije..... v naši banki brez zadržkov dobil:

1. bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala vsaj en dan po preteku roka za dokočno izvedbo posla,
2. bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja.

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke

Podpis:

Priloga št. 1

Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 18-2011

Ponudnik (podjetje): _____
Naslov: _____

Sodelovanje ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih

Seznam najmanj treh sodelovanj ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih.

Zap.št	Referenčna stranka	Oprema	Čas realizacije

V _____, dne _____

Žig in podpis ponudnika:

Priloga št. 2

VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE

Številka razpisa: 18-2011

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica dr. Livija Tušar, davčna številka: SI90147502, kot kupec

in

_____, ki ga zastopa
_____, kot prodajalec

Se dogovorita in skleneta naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO

št. _____

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da

- a. je kupec na podlagi 25. člena ZJN-2 izvedel odprti postopek oddaje naročila za nakup **Čitalca mikrotiterskih ploščic** (v nadaljevanju besedila: predmet pogodbe),
- b. da je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo predmeta pogodbe,
- c. Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. Operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

2. člen

Prodajalec proda, kupec pa kupi predmet pogodbe po predračunu št. _____ z dne _____.

Prodajalec se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami naročnika opredeljenimi v Povabilu k oddaji ponudbe, številka razpisa 18-2011, z dne 14.11.2011 in ga je prodajalec potrdil v izjavi o izpolnjevanju tehničnih zahtev, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije.

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da znaša pogodbeni cena za predmet pogodbe _____ EUR z DDV in brez DDV _____ EUR. Tako dogovorjena pogodbeni cena je dokončna in vključuje nabavno ceno, davek na dodano vrednost in druge morebitne stroške, ki bodo nastali do prevzema predmeta pogodbe s strani kupca. Prodajalec se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitve ter zagotovil izobraževanje.

4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave _____ dni od dneva podpisa pogodbe.

Kupec se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitve pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je prodajalec kupcu izročil garancijske liste.

5. člen

Ob prevzemu predmeta pogodbe prodajalec izstavi račun, ki ga kupec poravnava najkasneje v 60-ih dneh.

6. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan od funkcionalne postavitve naprave.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

7. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide s prodajalca na kupca z izročitvijo opreme kupcu.

Prodajalec daje kupcu garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme izvajalcu, to je let od dneva prevzema opreme.

Prodajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa v 24 urah od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora prodajalec za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

8. člen

Pogodba je nična, v primeru, da kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

9. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

10. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

11. člen

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih sprejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Datum:

Prodajalec:

proteinov

Datum:

Kupec:
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji

Direktorica:

Dr. Livija Tušar